La mesure du taux de carbonate de calcium est calculée à partir de la mesure de la pression du gaz carbonique dégagé après une injection d'acide chlorhydrique diluée à 50%. Pour chaque échantillon, il met en mémoire la masse, la courbe de montée en pression sur 100 points et le taux calculé. En éliminant les manipulations fastidieuses du calcimètre de Bernard, il réduit fortement les temps de mesure. De plus il permet une exploitation "informatique" des résultats.

Aquisition automatique des masses des échantillons



Exploitation "informatique" des résultats